

REF 680-1	Level 1 6×10mL	EXP 2023-08-15	LOT 40DC84D	更新日期： 2021-10
------------------	----------------	-----------------------	--------------------	---------------

		批号 40DC84D	
项目\仪器\试剂\方法			
(PH)PH			
Siemens Clinitek Siemens Multistix 10SG \ Strips		5.0 ~ 7.5	
葡萄糖			
Siemens Clinitek Siemens Multistix 10SG \ Strips		-	
白蛋白			
Siemens Clinitek Siemens Multistix 10SG \ Strips		-	
潜血			
Siemens Clinitek Siemens Multistix 10SG \ Strips		-	
胆红素			
Siemens Clinitek Siemens Multistix 10SG \ Strips		-	
酮体			
Siemens Clinitek Siemens Multistix 10SG \ Strips		-	
亚硝酸盐			
Siemens Clinitek Siemens Multistix 10SG \ Strips		-	
尿胆原			
Siemens Clinitek Siemens Multistix 10SG \ Strips		-	
比重			
Siemens Clinitek Siemens Multistix 10SG \ Strips		1.010-1.020	
白细胞			
Siemens Clinitek Siemens Multistix 10SG \ Strips		-	

(PH)PH			
Roche Urisys 1100/2400/Criterion Roche ChemStrip \ Strips		5.0 ~ 7.5	
葡萄糖			
Roche Urisys 1100/2400/Criterion Roche ChemStrip \ Strips		-	
白蛋白			
Roche Urisys 1100/2400/Criterion Roche ChemStrip \ Strips		-	
潜血			
Roche Urisys 1100/2400/Criterion Roche ChemStrip \ Strips		-	
胆红素			
Roche Urisys 1100/2400/Criterion Roche ChemStrip \ Strips		-	
酮体			
Roche Urisys 1100/2400/Criterion Roche ChemStrip \ Strips		-	
亚硝酸盐			
Roche Urisys 1100/2400/Criterion Roche ChemStrip \ Strips		-	
尿胆原			
Roche Urisys 1100/2400/Criterion Roche ChemStrip \ Strips		-	
比重			
Roche Urisys 1100/2400/Criterion Roche ChemStrip \ Strips		1.010 ~ 1.020	
白细胞			
Roche Urisys 1100/2400/Criterion Roche ChemStrip \ Strips		-	

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 680-1	Level 1 6×10mL	EXP 2023-08-15	LOT 40DC84D	更新日期： 2021-10
------------------	----------------	-----------------------	--------------------	---------------

		批号 40DC84D	
项目\仪器\试剂\方法			
(PH)PH			
Aution AU-4050 Analyzer Arkray Aution Sticks \ Strips		5.5 ~ 7.5	
葡萄糖			
Aution AU-4050 Analyzer Arkray Aution Sticks \ Strips		-	
白蛋白			
Aution AU-4050 Analyzer Arkray Aution Sticks \ Strips		-	
潜血			
Aution AU-4050 Analyzer Arkray Aution Sticks \ Strips		-	
胆红素			
Aution AU-4050 Analyzer Arkray Aution Sticks \ Strips		-	
酮体			
Aution AU-4050 Analyzer Arkray Aution Sticks \ Strips		-	
亚硝酸盐			
Aution AU-4050 Analyzer Arkray Aution Sticks \ Strips		-	
尿胆原			
Aution AU-4050 Analyzer Arkray Aution Sticks \ Strips		-	
比重			
Aution AU-4050 Analyzer Arkray Aution Sticks \ Strips		1.010-1.025	
白细胞			
Aution AU-4050 Analyzer Arkray Aution Sticks \ Strips		-	

(PH)PH			
Combi screen SL series Dedicated \ Strips		5.0-7.5	
葡萄糖			
Combi screen SL series Dedicated \ Strips		-	
白蛋白			
Combi screen SL series Dedicated \ Strips		-	
潜血			
Combi screen SL series Dedicated \ Strips		-	
胆红素			
Combi screen SL series Dedicated \ Strips		-	
酮体			
Combi screen SL series Dedicated \ Strips		-	
亚硝酸盐			
Combi screen SL series Dedicated \ Strips		-	
尿胆原			
Combi screen SL series Dedicated \ Strips		-	
比重			
Combi screen SL series Dedicated \ Strips		1.015-1.025	
hCG			
Combi screen SL series Other \ Strips		-	
白细胞			
Combi screen SL series Dedicated \ Strips		-	

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。



REF	680-1	Level 1 6×10mL	EXP	2023-08-15	LOT	40DC84D	更新日期：	2021-10
-----	-------	----------------	-----	------------	-----	---------	-------	---------

		批号 40DC84D			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD		
(UCAST)尿沉渣管型					
Mindray EH series Dedicated\Microscopy	G/uL(1E +6/L)		None		
Manual Dedicated \ Microscopy	G/uL(1E +6/L)		None		
Manual Dedicated \ Microscopy	/HPF		None		
(UEC)尿沉渣上皮细胞					
Mindray EH series Dedicated\Microscopy	G/uL(1E +6/L)		None		
Manual Dedicated \ Microscopy	G/uL(1E +6/L)		None		
Manual Dedicated \ Microscopy	/HPF		None		
(URBC)尿沉渣红细胞					
Mindray EH series Dedicated\Microscopy	G/uL(1E +6/L)		0.0-2.0		
Manual Dedicated \ Microscopy	G/uL(1E +6/L)		0.0-1.0		
Manual Dedicated \ Microscopy	/HPF		0 - 10		
(UWBC)尿沉渣白细胞					
Mindray EH series Dedicated\Microscopy	G/uL(1E +6/L)		0.0-2.0		
Manual Dedicated \ Microscopy	G/uL(1E +6/L)		0.0-1.0		
Manual Dedicated \ Microscopy	/HPF		0 - 10		

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。