



REF	521-2	6×3mL	EXP	2026-01-26	LOT	31B52BE	更新日期：	2023-05
1 / 2								

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(Alb)白蛋白	(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体	(C3)补体 C3
(C4)补体 C4	(CRP)C反应蛋白	(Hap (HPT))触珠蛋白 (结合珠蛋白)
(IgA)免疫球蛋白 IgA	(IgG)免疫球蛋白 IgG	(IgM)免疫球蛋白 IgM
(Kappa Light Chain)κ轻链抗体	(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体	(PAB)前白蛋白
(RBP)视黄醇结合蛋白	(RF)类风湿因子	(sTfR)可溶性转铁蛋白受体
(TRF)转铁蛋白	(α-1-AG)α-1-酸性糖蛋白	(α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶
(β2M)β-2-微球蛋白		

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF

521-2

6×3mL

EXP

2026-01-26

LOT

31B52BE

更新日期： 2023-05

2 / 2

批号：31B52BE			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(Alb)白蛋白			
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	36.3	29.2-43.4
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体			
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	258	205-311
(C3)补体 C3			
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	153	115-191
(C4)补体 C4			
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	48	38.2-57.8
(CRP)C反应蛋白			
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	25.6	20-31.2
(Hap (HPT))触珠蛋白 (结合珠蛋白)			
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	1.24	0.932-1.55
(IgA)免疫球蛋白 IgA			
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	2650	1980-3310
(IgG)免疫球蛋白 IgG			
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	15200	11400-18900
(IgM)免疫球蛋白 IgM			
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	1770	1350-2180
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	1.77	1.36-2.18
(Kappa Light Chain)κ轻链抗体			
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	3770	2870-4660
(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体			
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	2380	1810-2940
(PAB)前白蛋白			
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.36	0.266-0.454
(RBP)视黄醇结合蛋白			
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	6.27	4.77-7.77
(RF)类风湿因子			
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	66.4	50.5-82.3
(sTfR)可溶性转铁蛋白受体			
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	0.96	0.74-1.18
(TRF)转铁蛋白			
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	247	199-295
(α-1-AG)α-1-酸性糖蛋白			
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.68	0.55-0.81
(α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶			
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	148	121-175
(β2M)β-2-微球蛋白			
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	3.48	2.64-4.32

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。