

REF 680-2	Level 2 6×10mL	EXP 2023-08-08	LOT 40DEF5C	更新日期： 2021-10
------------------	----------------	-----------------------	--------------------	---------------

			批号 40DEF5C
项目\仪器\试剂\方法			
(PH)PH			
Dirui Fus-200/100 Dirui H12-MA \ Strips			6.0 ~ 7.5
葡萄糖			
Dirui Fus-200/100 Dirui H12-MA \ Strips			+ ~ 3+
白蛋白			
Dirui Fus-200/100 Dirui H12-MA \ Strips			+ ~ 3+
潜血			
Dirui Fus-200/100 Dirui H12-MA \ Strips			+ ~ 3+
胆红素			
Dirui Fus-200/100 Dirui H12-MA \ Strips			+ ~ 2+
酮体			
Dirui Fus-200/100 Dirui H12-MA \ Strips			-/+ ~ +
亚硝酸盐			
Dirui Fus-200/100 Dirui H12-MA \ Strips			+
尿胆原			
Dirui Fus-200/100 Dirui H12-MA \ Strips			-
比重			
Dirui Fus-200/100 Dirui H12-MA \ Strips			1.010 ~ 1.020
白细胞			
Dirui Fus-200/100 Dirui H12-MA \ Strips			+ ~ 3+

(PH)PH			
Roche Urisys 1100/2400/Criterion Roche ChemStrip \ Strips			7.0 ~ 8.5
葡萄糖			
Roche Urisys 1100/2400/Criterion Roche ChemStrip \ Strips			+ ~ 2+
白蛋白			
Roche Urisys 1100/2400/Criterion Roche ChemStrip \ Strips			+ ~ 2+
潜血			
Roche Urisys 1100/2400/Criterion Roche ChemStrip \ Strips			-/+ ~ 2+
胆红素			
Roche Urisys 1100/2400/Criterion Roche ChemStrip \ Strips			-/+ ~ 2+
酮体			
Roche Urisys 1100/2400/Criterion Roche ChemStrip \ Strips			+ ~ 2+
亚硝酸盐			
Roche Urisys 1100/2400/Criterion Roche ChemStrip \ Strips			+
尿胆原			
Roche Urisys 1100/2400/Criterion Roche ChemStrip \ Strips			+ ~ 2+
比重			
Roche Urisys 1100/2400/Criterion Roche ChemStrip \ Strips			1.015 ~ 1.025
白细胞			
Roche Urisys 1100/2400/Criterion Roche ChemStrip \ Strips			+ ~ 2+

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 680-2	Level 2 6×10mL	EXP 2023-08-08	LOT 40DEF5C	更新日期： 2021-10
------------------	----------------	-----------------------	--------------------	---------------

			批号 40DEF5C
项目\仪器\试剂\方法			
(PH)PH			
Aution AU-4050 Analyzer Arkay Aution Sticks \ Strips			7.0 ~ 8.0
葡萄糖			
Aution AU-4050 Analyzer Arkay Aution Sticks \ Strips			+ ~ 3+
白蛋白			
Aution AU-4050 Analyzer Arkay Aution Sticks \ Strips			+ ~ 2+
潜血			
Aution AU-4050 Analyzer Arkay Aution Sticks \ Strips			+ ~ 2+
胆红素			
Aution AU-4050 Analyzer Arkay Aution Sticks \ Strips			+ ~ 2+
酮体			
Aution AU-4050 Analyzer Arkay Aution Sticks \ Strips			-/+ ~ +
亚硝酸盐			
Aution AU-4050 Analyzer Arkay Aution Sticks \ Strips			+
尿胆原			
Aution AU-4050 Analyzer Arkay Aution Sticks \ Strips			-/+ ~ +
比重			
Aution AU-4050 Analyzer Arkay Aution Sticks \ Strips			1.010 ~ 1.025
白细胞			
Aution AU-4050 Analyzer Arkay Aution Sticks \ Strips			+ ~ 2+

(PH)PH			
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			7.0-8.5
葡萄糖			
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			+ ~ 2+
白蛋白			
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			+ ~ 3+
潜血			
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			+ ~ 3+
胆红素			
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			-/+ ~ +
酮体			
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			+ ~ 3+
亚硝酸盐			
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			-
尿胆原			
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			+ ~ 3+
比重			
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			1.10-1.025
白细胞			
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			+ ~ 2+

REF	680-2	Level 2 6×10mL	EXP	2023-08-08	LOT	40DEF5C	更新日期：	2021-10
-----	-------	----------------	-----	------------	-----	---------	-------	---------

(PH)PH			批号 40DEF5C
Sysmex UC			7.0-8.5
Sysmex \ Strips			
葡萄糖			
Sysmex UC			+ ~ 3+
Sysmex \ Strips			
白蛋白			
Sysmex UC			+ ~ 3+
Sysmex \ Strips			
潜血			
Sysmex UC			+ ~ 3+
Sysmex \ Strips			
胆红素			
Sysmex UC			+
Sysmex \ Strips			
酮体			
Sysmex UC			+ ~ 3+
Sysmex \ Strips			
亚硝酸盐			
Sysmex UC			+
Sysmex \ Strips			
尿胆原			
Sysmex UC			+ ~ 3+
Sysmex \ Strips			
比重			
Sysmex UC			1.10-1.025
Sysmex \ Strips			
白细胞			
Sysmex UC			+ ~ 3+
Sysmex \ Strips			

项目\仪器\试剂\方法	单位			均值	+ / - 2 SD
(UCAST)尿沉渣管型					
Mindray EH series Dedicated\Microscopy	G/uL(1E +6/L)				May Be Present
Manual Dedicated \ Microscopy	G/uL(1E +6/L)				May Be Present
Manual Dedicated \ Microscopy	/HPF				May Be Present
(UEC)尿沉渣上皮细胞					
Mindray EH series Dedicated\Microscopy	G/uL(1E +6/L)				May Be Present
Manual Dedicated \ Microscopy	G/uL(1E +6/L)				May Be Present
Manual Dedicated \ Microscopy	/HPF				May Be Present
(URBC)尿沉渣红细胞					
Mindray EH series Dedicated\Microscopy	G/uL(1E +6/L)			50	15 - 70
Manual Dedicated \ Microscopy	G/uL(1E +6/L)				10 - 70
Manual Dedicated \ Microscopy	/HPF				10 - 70
(UWBC)尿沉渣白细胞					
Mindray EH series Dedicated\Microscopy	G/uL(1E +6/L)			55	25 - 75
Manual Dedicated \ Microscopy	G/uL(1E +6/L)				20 - 80
Manual Dedicated \ Microscopy	/HPF				10 - 75

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。