

REF 539-2	6x3mL	EXP 2027-03-02	LOT 336CA63	更新日期: 2024-07
				1 / 4

本报告含以下项目的示范实验室数据

分析项目(Analyte)	分析项目(Analyte)	分析项目(Analyte)
(ACTH)促肾上腺皮质激素	(AFP)甲胎蛋白	(ALD)醛固酮
(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体	(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体	(CA 125)糖类抗原 125
(CA 15-3)糖类抗原 15-3	(CA 19-9)糖类抗原 19-9	(CEA)癌胚抗原
(Cortisol)皮质醇	(C-P)C-肽	(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮
(E2)雌二醇	(F-PSA)游离前列腺特异性抗原	(FSH)促卵泡刺激素
(FT3)游离T3	(FT4)游离T4	(HCY)同型半胱氨酸
(HGH)人生长激素	(INS)胰岛素	(LH)促黄体生成素
(PRL)催/泌乳素	(PROG)孕酮	(PSA)前列腺特异性抗原
(PTH)甲状旁腺素	(SHBG)性激素结合球蛋白	(TES)睾酮
(TSH)促甲状腺素	(TT3)总三碘甲状腺原氨酸	(TT4)总T4
(VB12)维生素B12	(β2M)β-2-微球蛋白	(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 539-2	6x3mL	EXP 2027-03-02	LOT 336CA63	更新日期: 2024-07 2 / 4
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号: 336CA63			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(ACTH)促肾上腺皮质激素			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	437	350-524
(AFP)甲胎蛋白			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	105	84-126
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	79.9	63.9-95.9
(ALD)醛固酮			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	497	398-596
(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	27.6	22.1-33.1
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	52.2	41.8-62.6
(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	31	24.8-37.2
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	64.1	51.3-76.9
(CA 125)糖类抗原 125			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	53.3	42.6-64
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	58.3	46.6-70
(CA 15-3)糖类抗原 15-3			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	39.7	31.8-47.6
(CA 19-9)糖类抗原 19-9			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	34.5	27.6-41.4
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	19.9	15.9-23.9
(CEA)癌胚抗原			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	34.5	27.6-41.4
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	26.7	21.4-32
(Cortisol)皮质醇			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	273	218-328
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	121	96.8-145
(C-P)C-肽			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.9	3.9-5.9
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3.81	3.05-4.57
(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3230	2580-3870
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1840	1470-2200
(E2)雌二醇			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	829	663-995
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3.68	2.94-4.42

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 539-2	6x3mL	EXP 2027-03-02	LOT 336CA63	更新日期: 2024-07
				3 / 4

Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.43	3.55-5.31
(FSH)促卵泡刺激素			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	21.9	17.5-26.3
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	18.5	14.8-22.2
(FT3)游离T3			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	14	11.2-16.8
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	7.5	5.96-9.04
(FT4)游离T4			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	23.9	19.1-28.7
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	16.7	13.4-20
(HCY)同型半胱氨酸			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μmol/L	21.7	17.4-26
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μmol/L	18.2	14.6-21.8
(HGH)人生长激素			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	7.43	5.95-8.91
(INS)胰岛素			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	91.1	72.9-109
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	62.5	50-75
(LH)促黄体生成素			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	22.8	18.2-27.4
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	7.63	6.11-9.15
(PRL)催/ 泌乳素			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	21.4	17.1-25.7
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	21.7	17.4-26
(PROG)孕酮			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	8.2	6.56-9.84
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	14	11.2-16.8
(PSA)前列腺特异性抗原			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	8.47	6.77-10.2
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	8.1	6.48-9.72
(PTH)甲状旁腺素			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	84.2	67.4-101
(SHBG)性激素结合球蛋白			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	29.6	23.7-35.5
(TES)睾酮			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.59	3.67-5.51
(TSH)促甲状腺素			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	9.52	7.62-11.4
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	10.4	8.32-12.5

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 539-2	6x3mL	EXP 2027-03-02	LOT 336CA63	更新日期： 2024-07 4 / 4
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

(TT3)总三碘甲状腺原氨酸				
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.48		1.18-1.78
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.34		1.87-2.81
(TT4)总T4				
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	87.1		69.6-105
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	nmol/L	71		56.8-85.2
(VB12)维生素B12				
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	342		274-410
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	650		520-780
(\beta2M)\beta-2-微球蛋白				
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	0.339		0.271-0.407
(\beta-hCG)人绒毛膜促性腺激素\beta亚基				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	259		207-311
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	204		163-245

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。