

REF 670-3	6x1mL	EXP 2024-07-28	LOT 3FED489	更新日期： 2022-08 1 / 1
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号：3FED489				
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
(APTT)活化部分凝血活酶时间				
IL ACL series				
IL \ Light scattering	Seconds	84	63.8-104	
Stago STA series				
Stago \ Magnetic Beads	Seconds	74	56.2-91.8	
Sysmex CA 1500/6000/7000				
Siemens \ Light scattering	Seconds	127	96.5-157	
(AT-III)抗凝血酶III				
IL ACL series				
IL \ Nephelometry	%	25	19-31	
Sysmex CA 1500/6000/7000				
Siemens \ Nephelometry	%	26	19.8-32.2	
(FIB)纤维蛋白原				
IL ACL series				
IL \ Light scattering	g/L	1.04	0.79-1.29	
Stago STA series				
Stago \ Magnetic Beads	g/L	1.21	0.92-1.5	
Sysmex CA 1500/6000/7000				
Siemens \ Light scattering	g/L	1.56	1.19-1.93	
(PT INR)PT国际标准化比值				
IL ACL series				
IL \ Calculate	INR	4.6	3.5-5.7	
Stago STA series				
Stago \ Calculate	INR	4.91	3.73-6.09	
Sysmex CS 5100				
sysmex \ Calculate	INR	4.1	3.12-5.08	
(PT)血浆凝血酶原时间				
IL ACL series				
IL \ Light scattering	Seconds	46.3	35.2-57.4	
Stago STA series				
Stago \ Magnetic Beads	Seconds	46.1	35-57.2	
Sysmex CA 1500/6000/7000				
Siemens \ Light scattering	Seconds	46	35-57	
(TT)凝血酶时间				
Stago STA series				
Stago \ Magnetic Beads	Seconds	15.8	12-19.6	
Sysmex CS 5100				
sysmex \ Light scattering	Seconds	15.6	11.9-19.3	
IL ACL series				
IL \ Light scattering	Seconds	20.1	15.3-24.9	

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。