

REF 600-2	30x1.7mL	EXP 2024-06-15	LOT 393DCF7	更新日期： 2020-08
				1 / 1

批号：393DCF7				
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
(Ca)钙				
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	1.09	0.91-1.27	
Siemens RAPIDPoint 400/500 Bayer \ ISE (direct)	mmol/L	1.12	0.88-1.36	
Radiometer ABL Series Dedicated \ ISE (indirect)	mmol/L	1.09	0.87-1.31	
(Cl)氯				
IL Gem Premier 3000 series IL \ ISE (direct)	mmol/L	98.5	80.9-116	
Siemens RAPIDPoint 400/500 Bayer \ ISE (direct)	mmol/L	94.6	76.4-113	
Radiometer ABL Series Radiometer \ ISE (direct)	mmol/L	94.9	77.1-113	
(K)钾				
IL Gem Premier 3000 series IL \ ISE (direct)	mmol/L	3.89	3.11-4.67	
Siemens RAPIDPoint 400/500 Bayer \ ISE (direct)	mmol/L	3.86	3.08-4.64	
Radiometer ABL Series Radiometer \ ISE (direct)	mmol/L	3.94	3.18-4.7	
(Na)钠				
IL Gem Premier 3000 series IL \ ICP-MS	mmol/L	132	108-156	
Siemens RAPIDPoint 400/500 Bayer \ ISE (direct)	mmol/L	133	109-157	
Radiometer ABL Series Radiometer \ ISE (direct)	mmol/L	134	110-158	
(PCO2)二氧化碳分压				
IL Gem Premier 3000 series IL \ Electrode	mmHg	41.8	35.9-47.7	
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	mmHg	45.9	37.3-54.5	
Radiometer ABL Series Radiometer \ Electrode	mmHg	47.2	38-56.4	
Radiometer AQT Series Radiometer \ Electrode	mmHg	46.2	37-55.4	
(pH)酸碱度				
IL Gem Premier 3000 series IL \ Electrode	No Units	7.39	6.01-8.77	
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	No Units	7.45	6.07-8.83	
Radiometer ABL Series Radiometer \ Electrode	No Units	7.35	5.99-8.71	
Radiometer AQT Series Radiometer \ Electrode	No Units	7.36	5.98-8.74	
(PO2)氧分压				
IL Gem Premier 3000 series IL \ Electrode	mmHg	112	92.5-132	
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	mmHg	92.9	75.7-110	
Siemens RAPIDPoint 400/500 Bayer \ Electrode	mmHg	116	96.5-136	
Radiometer ABL Series Radiometer \ Electrode	mmHg	96.8	77.6-116	
Radiometer AQT Series Radiometer \ Electrode	mmHg	99.5	79.7-119	

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。